



CONSELHO
FEDERAL DE
ODONTOLOGIA



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 02 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9001/2025

ESCLARECIMENTOS

Em resposta aos questionamentos recebidos da empresa Emigê Materiais Odontológicos A a respeito do Pregão nº 01/2025, seguem abaixo os devidos esclarecimentos:

1º Questionamento.

Uso por meio deste, para solicitar esclarecimento sobre o item 19.3.

19.3. O contrato terá vigência de 5 (cinco) anos, a contar da data da sua assinatura,
respeitadas as condições do art. 106, da Lei nº 14.133/21, podendo ser prorrogado
por interesse da CONTRANTE até o limite de 10 (dez) anos, conforme disposição
contidas no art. 107, da Lei nº 14.133/21.

Por não ser comum deste tipo de objeto (Aquisição de equipamentos odontológicos), surgiu a nossa dúvida a respeito deste prazo de contrato, visto que o comum praticado pelos entes do mercado de licitação pública é a prática do contrato ter vigência de 12 meses (1 ano).

Perguntamos:

1 – A vigência de 5 Anos está correta?

Não, será retificado para 12 meses, por ser produto de pronta entrega.

2 – A cada 12 meses é comum o reajuste de preços por parte dos fornecedores, como será feito o reajuste de preços com a virada de 12 meses?

Será retificado para 12 meses, por ser produto de pronta entrega.

3 – Sobre os empenhos, os mesmos serão feitos dentro deste prazo de 5 anos?

Será retificado para 12 meses, por ser produto de pronta entrega.

4 – No caso do contrato de 5 anos, caso o produto seja descontinuado qual o procedimentos para troca de marca ou cancelamento do item?

Será retificado para 12 meses, por ser produto de pronta entrega.

2º Questionamento.

Uso por meio deste, para solicitar esclarecimento sobre o item 03.

3. **Caneta de Alta Rotação:** CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABO INVERTIDO NO MESMO SENTIDO DA CABEÇA, AUMENTANDO A VISIBILIDADE DO OPERADOR DURANTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CABEÇA MEDIANA, ANGULAÇÃO DE 45º, ALTO TORQUE, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A DESINFECÇÃO; CABEÇA COM LINHAS ARREDONDADAS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA, O QUE PERMITE AUMENTO DE SUA DURABILIDADE E DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE VIBRAÇÃO; **SPRAY ÚNICO PARA REFRIGERAÇÃO** DA BROCA (UNIVERSAL 2FUROS); PINÇA CONFECCIONADA PESO G 30 A 150. ROTAÇÃO(RPM) 0 A 430.000. FIXAÇÃO DA BROCA (SACA BROCA). PRESSÃO (PSI) 30 A 40. CONSUMO MÁXIMO DE AR(L/MIN)48. CONSUMO MÁXIMO DE ÁGUA(ML/MIN)50. NÍVEL SONORO ATÉ 80(DB). REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODOS OS ESTADOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CÓD 437552). (G.N)

Perguntamos:

1 – Podemos ofertar caneta com SPRAY TRIPLO?

Não, as especificações deverão seguir as características descritas no edital.

3º Questionamento.

Uso por meio deste, para solicitar esclarecimento sobre os itens 01 e 02.

1. ULTRASSOM ODONTOLÓGICO.
2. FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO

Constatamos que os valores estimados para estes itens considerando o grau de qualidade e complexidade das características solicitadas, estes valores estão inexequíveis, conforme demonstramos em consulta aos portais de vendas disponíveis pela internet.

Pesquisa item 01, valor estimado **(R\$ 2.631,43)**

Link 01 – Dental Cremer **(R\$ 5.757,90)**

<https://www.dentalcremer.com.br/ultrassom-jet-sonic-bp-gnatus.html>

Link 02 – Medsystem **(R\$ 5.398,22)**

<https://www.medsystemhospitalar.com.br/odontologia/equipamentos-odonto/ultrassom/c>

Link 03 – Odonto Equipamentos **(R\$ 5.679,00)**

<https://www.odontoequipamentos.com.br/jato-de-bicarbonato-e-ultrassom-jet-sonic-bp-gnatus/p>

Link 04 – Dental Speed **(R\$ 5.757,90)**

<https://www.dentalspeed.com/ultrassom-jet-sonic-bp-bivolt-gnatus.html>

Pesquisa item 02, valor estimado **(R\$ 898,00)**

Link 01 – Dental Sorria **(R\$ 2.925,00)**

<https://www.dentalsorria.com.br/foto-radii-cal-cx-led-i-sdi.html>

Link 02 – Surya Dental **(R\$ 2.458,90)**

<https://www.suryadental.com.br/aparelho-fotopolimerizador-radii-cal-cx-sdi.html>

Link 03 – Dental Web **(R\$ 2.459,99)**

<https://www.dentalweb.com.br/fotopolimerizador-radii-cal-cx-sdi>

Link 04 – Dental Cremer **(R\$2.457,99)**

<https://www.dentalcremer.com.br/fotopolimerizador-radii-cal-cx-sdi-132832.html>

Pedimos que a pesquisa seja refeita, uma vez que o Contrato será de 5 anos e devemos manter os preços por este mesmo período.

Resposta.

Será retificado para 12 meses, por ser produto de pronta entrega.

JOSE ALVES M. JUNIOR

Pregoeiro