



CONSELHO
FEDERAL DE
ODONTOLOGIA



PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS Nº 01 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2025

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (extraído do e-mail encaminhado pela empresa)

PERGUNTA:

“5.3.4. Unidade Auxiliar: Acoplada à cadeira. Bacia da cuspeira removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo separador de detritos, fixado à unidade de água ou à caixa de ligação, conectado à mangueira de sucção. Registro para acionamento da água da cuspeira, **mínimo de 02 (dois) terminais de sucção**, com diâmetro aproximado de 6,5 mm, com mangueiras e terminais lisos. Formas arredondadas; estrutura em alumínio ou aço, com proteção anticorrosão. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Garantia mínima de 12 meses.

DO ESCLARECIMENTO QUANTO AOS DESCRITIVOS REFENTE AOS ITENS 1 AO 16.

>> No descritivo referente a unidade de água dos itens acima é solicitado no **mínimo de 02 (dois) terminais de sucção**.

>> Quantos a informação acima: Seria um terminal ligado ao compressor (terminal venturi), e o outro ligado a bomba de vácuo (terminal BV)?

Ou os dois sugadores ligados somente ao compressor?”

DA RESPOSTA:

Quanto ao item 5.3.4. a Unidade Auxiliar conterà no “*mínimo de 02 (dois) terminais de sucção*” ligados somente ao compressor.

Atenciosamente

JOSE ALVES M. JUNIOR - Pregoeiro